

ミドリ安全社製 浮遊菌サンプラ BIOSAMP 修理・校正依頼方法手順書

トランステック株式会社

2025 年 9 月

1. 下記記載の URL アドレス、ミドリ安全株式会社 修理・校正依頼（バイオサンプル専用）フォームを開く
<https://www.midori-anzen.co.jp/~mdment/contact/contact.php>



2. お客様情報下の ○お客様（エンドユーザ様） をチェックしていただき、必須事項をご記入下さい。

お客様情報入力欄

- お客様（エンドユーザー様）
○代理店様（代理店様情報もご入力ください）

3. ユーザ様から直接ご発送いただく場合、「窓口代理店」項目に「あり トランステック株式会社」とご記入下さい。

窓口代理店	必須 ☒ なし（または不明） ☐ あり 代理店名をご記入下さい
-------	---

4. 作業終了後の送付先については、○お客様にチェックしてください。

作業終了後の送付先	
送付先 必須	☒ お客様 ☐ 代理店様

5. 送付先住所については、下記掲載の住所へご発送願います。

<送付先>

〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 397

ミドリ電子株式会社

エアサンプラー担当 製造部 宛

TEL：026-276-2101

6. ご質問や故障状況、等は備考欄へご記入の程宜しくお願い致します。
ご不明点がある場合は弊社 WEB サイト「CONTACT」よりお問合せ下さい。



ご連絡先：

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-11-15 3F

トランステック株式会社

浮遊菌エアーサンプラー 修理・校正窓口 宛

[TEL:03-5475-5656](tel:03-5475-5656) rev.5